



UdProbe

Паспортизация преобразователей



Преобразователь : **SF5020**
Частота : **5,0 МГц**
Размер элемента : **20mm**
Производитель : **АМКРО**
Параметры испытания : **дефектоскоп УСД-50, образец СО-3**

СИГНАЛ

Длительность -6 дБ : **0,36 мкс**
Длительность -14 дБ : **0,58 мкс**
Длительность -20 дБ : **1,01 мкс**

СПЕКТР

Макс. частота : **5,00 МГц**
Средняя частота : **4,61 МГц**
Нижняя частота -6 дБ : **3,44 МГц**
Верхняя частота -6 дБ : **5,78 МГц**
Ширина полосы -6 дБ : **50,8 %**



Измерения провел _____ / _____ Дата: '___' _____ 20__ г.